

عنوان آزمایش : Estradiol
عنوان دستگاه : ABBOTT
عنوان کنترل : ABBOTT-1
سری ساخت : ۳۵۷۱۰۲۱۱ / شروع کنترل : ۱۴۰۲/۰۵/۱۸

%CV	SD	SD _۲ -	SD _۲ -	SD _۱ -	MEAN	SD _۱	SD _۲	SD _۲
۶.۴	۵.۹۶۷	۴۱.۶۹۹	۴۷.۶۶۶	۵۳.۶۳۳	۵۹.۶	۶۵.۵۶۷	۷۱.۵۳۴	۷۷.۵۰۱

مقدار	تاریخ
۵۷	۱۴۰۲/۰۵/۳۰
۵۷	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
۵۹	۱۴۰۲/۰۶/۰۱
۶۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۲

مقدار	تاریخ
۵۷	۱۴۰۲/۰۵/۲۴
۵۸	۱۴۰۲/۰۵/۲۵
۵۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۶
۵۷	۱۴۰۲/۰۵/۲۸
۵۶	۱۴۰۲/۰۵/۲۹

مقدار	تاریخ
۵۴	۱۴۰۲/۰۵/۱۸
۵۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۹
۵۹	۱۴۰۲/۰۵/۲۱
۶۰	۱۴۰۲/۰۵/۲۲
۵۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۳

CV%: 4.212	SD: 2.392	Mean: 56.786
------------	-----------	--------------

