

ABBOTT-1 : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۳۹۹/۰۸/۱۵

سری ساخت : ۳۲۹۰۸۱۹۱ /

Estradiol : عنوان آزمایش :
ABBOTT : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۶.۷	۵.۹۳۳	۴۱.۶۰۱	۴۷.۵۳۴	۵۳.۴۶۷	۵۹.۴	۶۵.۳۳۳	۷۱.۲۶۶	۷۷.۱۹۹

مقدار	تاریخ
۶۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۲
۶۶	۱۳۹۹/۰۹/۰۳
۶۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۴
۵۷	۱۳۹۹/۰۹/۰۵
۶۲	۱۳۹۹/۰۹/۰۶

مقدار	تاریخ
۶۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۴
۶۴	۱۳۹۹/۰۸/۲۵
۶۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۶
۶۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۷
۵۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۸
۶۴	۱۳۹۹/۰۸/۲۹
۶۶	۱۳۹۹/۰۹/۰۱

مقدار	تاریخ
۶۱	۱۳۹۹/۰۸/۱۵
۶۲.۳	۱۳۹۹/۰۸/۱۷
۶۱	۱۳۹۹/۰۸/۱۸
۵۶	۱۳۹۹/۰۸/۱۹
۶۴	۱۳۹۹/۰۸/۲۰
۶۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۱
۶۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۲

CV%: 4.502	SD: 2.783	Mean: 61.805
------------	-----------	--------------

