

عنوان کنترل : abbot-1

شروع کنترل : ۱۴۰۰/۱۱/۰۳

سری ساخت : ۳۴۳۱۲۲۰۱

عنوان آزمایش : FSH

عنوان دستگاه : abbot

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₃ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₃
۳.۶	۰.۳۲۸	۳.۹۵۱	۴.۲۷۹	۴.۶۰۷	۴.۹۳۵	۵.۲۶۳	۵.۵۹۱	۵.۹۱۹

مقدار	تاریخ
۴.۷۴	۱۴۰۰/۱۱/۲۱
۴.۹۶	۱۴۰۰/۱۱/۲۳
۴.۷	۱۴۰۰/۱۱/۲۴
۵	۱۴۰۰/۱۱/۲۵
۴.۸۲	۱۴۰۰/۱۱/۲۷
۴.۷۲	۱۴۰۰/۱۱/۲۸
۴.۹۳	۱۴۰۰/۱۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۵.۰۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۲
۵.۱۱	۱۴۰۰/۱۱/۱۳
۴.۹۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۴
۴.۸۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۶
۴.۹۸	۱۴۰۰/۱۱/۱۷
۵.۰۱	۱۴۰۰/۱۱/۱۸
۴.۷۵	۱۴۰۰/۱۱/۱۹
۴.۹۶	۱۴۰۰/۱۱/۲۰

مقدار	تاریخ
۴.۸۷	۱۴۰۰/۱۱/۰۳
۴.۸۲	۱۴۰۰/۱۱/۰۴
۴.۷۳	۱۴۰۰/۱۱/۰۵
۵.۰۸	۱۴۰۰/۱۱/۰۶
۵.۰۱	۱۴۰۰/۱۱/۰۷
۴.۸۵	۱۴۰۰/۱۱/۰۹
۴.۸۴	۱۴۰۰/۱۱/۱۰
۵	۱۴۰۰/۱۱/۱۱

CV%: 2.525	SD: 0.124	Mean: 4.905
------------	-----------	-------------

