

عنوان آزمایش : FSH
عنوان دستگاه : abbot سری ساخت : ۳۳۴۰۲۲۰۱

عنوان کنترل : abbot-1
شروع کنترل : ۱۴۰۰/۰۲/۰۱

3SD	2SD	1SD	MEAN	-1SD	-2SD	-3SD	SD	CV%
7.222	6.9	6.578	6.256	5.934	5.612	5.29	0.322	5.146

تاریخ	مقدار
25/03/1400	5.9
26/03/1400	5.97
27/03/1400	6.01
29/03/1400	6.07
30/03/1400	6.03
31/03/1400	5.85

تاریخ	مقدار
09/03/1400	6.68
10/03/1400	6.64
11/03/1400	6.78
12/03/1400	6.5
13/03/1400	6.51
23/03/1400	5.9
24/03/1400	5.8

تاریخ	مقدار
01/03/1400	6.8
02/03/1400	6.34
03/03/1400	6.7
04/03/1400	6.8
05/03/1400	6.4
06/03/1400	6.24
08/03/1400	6.27

Mean: 6.31	SD: 0.351	CV%: 5.562
------------	-----------	------------

