

عنوان کنترل : abbot-1

شروع کنترل : ۱۴۰۰/۰۲/۰۱

سری ساخت : ۳۳۴۰۲۲۰۱

عنوان آزمایش : FSH

عنوان دستگاه : abbot

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₃ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₃
۲.۹۹۸	۰.۱۸	۵.۴۸	۵.۶۶	۵.۸۴	۶.۰۲	۶.۲	۶.۳۸	۶.۵۶

مقدار	تاریخ
۵.۸۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۱
۵.۹۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۳
۵.۸	۱۴۰۰/۰۵/۲۴
۶.۳	۱۴۰۰/۰۵/۲۵
۵.۸	۱۴۰۰/۰۵/۲۶
۵.۸۹	۱۴۰۰/۰۵/۳۰
۵.۹۱	۱۴۰۰/۰۵/۳۱

مقدار	تاریخ
۵.۸۳	۱۴۰۰/۰۵/۱۲
۵.۸۴	۱۴۰۰/۰۵/۱۳
۵.۶۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۴
۶.۳	۱۴۰۰/۰۵/۱۶
۶.۲۲	۱۴۰۰/۰۵/۱۷
۵.۹۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۸
۶.۱۵	۱۴۰۰/۰۵/۱۹
۶.۲۴	۱۴۰۰/۰۵/۲۰

مقدار	تاریخ
۵.۹۴	۱۴۰۰/۰۵/۰۲
۵.۹۴	۱۴۰۰/۰۵/۰۳
۵.۹۶	۱۴۰۰/۰۵/۰۴
۶.۲	۱۴۰۰/۰۵/۰۵
۵.۹	۱۴۰۰/۰۵/۰۶
۵.۸۴	۱۴۰۰/۰۵/۰۹
۶.۲۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۰
۶.۰۴	۱۴۰۰/۰۵/۱۱

CV%: 3.117	SD: 0.187	Mean: 5.99
------------	-----------	------------

