

عنوان کنترل : abbot-1

شروع کنترل : ۱۴۰۰/۰۲/۰۱

سری ساخت : ۳۳۴۰۲۲۰۱

عنوان آزمایش : FSH

عنوان دستگاه : abbot

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₂
۳.۰۶۶	۰.۱۸۴	۵.۴۵۸	۵.۶۴۲	۶.۰۱	۶.۱۹۴	۶.۳۷۸	۶.۵۶۲

مقدار	تاریخ
۶.۲۶	۱۴۰۰/۰۶/۲۴
۵.۷۵	۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۵.۷۱	۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۶.۲۲	۱۴۰۰/۰۶/۲۸
۶.۱۸	۱۴۰۰/۰۶/۲۹
۶.۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۰
۵.۸۷	۱۴۰۰/۰۶/۳۱

مقدار	تاریخ
۶.۰۴	۱۴۰۰/۰۶/۱۳
۵.۷۶	۱۴۰۰/۰۶/۱۴
۵.۸	۱۴۰۰/۰۶/۱۵
۵.۸	۱۴۰۰/۰۶/۱۶
۵.۹۱	۱۴۰۰/۰۶/۱۷
۵.۹۷	۱۴۰۰/۰۶/۱۸
۵.۶۷	۱۴۰۰/۰۶/۲۰
۵.۷۸	۱۴۰۰/۰۶/۲۱
۵.۸۵	۱۴۰۰/۰۶/۲۲
۵.۶۸	۱۴۰۰/۰۶/۲۳

مقدار	تاریخ
۵.۹۱	۱۴۰۰/۰۶/۰۱
۶.۰۶	۱۴۰۰/۰۶/۰۲
۶.۱۳	۱۴۰۰/۰۶/۰۳
۵.۸	۱۴۰۰/۰۶/۰۴
۵.۷۹	۱۴۰۰/۰۶/۰۶
۵.۷۶	۱۴۰۰/۰۶/۰۷
۶.۲	۱۴۰۰/۰۶/۰۸
۶	۱۴۰۰/۰۶/۰۹
۶.۳	۱۴۰۰/۰۶/۱۰
۶.۱	۱۴۰۰/۰۶/۱۱

CV%: 3.248	SD: 0.193	Mean: 5.941
------------	-----------	-------------

