

عنوان کنترل : abbot-1

شروع کنترل : ۱۴۰۱/۰۷/۱۱

سری ساخت : ۳۵۰۰۶۳۱۱

عنوان آزمایش : FSH

عنوان دستگاه : abbot

%CV	SD	SD <sub>2</sub> -	SD <sub>3</sub> -	SD <sub>1</sub> -	MEAN	SD <sub>1</sub>	SD <sub>2</sub>	SD <sub>3</sub>
۲.۳۴۴	۰.۱۲۵	۴.۹۵۱	۵.۰۷۶	۵.۲۰۱	۵.۳۲۶	۵.۴۵۱	۵.۵۷۶	۵.۷۰۱

مقدار	تاریخ
۵.۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۱
۵.۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۵.۱۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۳
۵.۳۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۴
۵.۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۵.۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۷
۵.۳۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۸

مقدار	تاریخ
۵.۱۵	۱۴۰۱/۱۲/۱۰
۵.۱	۱۴۰۱/۱۲/۱۱
۵.۳	۱۴۰۱/۱۲/۱۳
۵.۳۶	۱۴۰۱/۱۲/۱۴
۵.۳۶	۱۴۰۱/۱۲/۱۵
۵.۳۹	۱۴۰۱/۱۲/۱۶
۵.۳۶	۱۴۰۱/۱۲/۱۸
۵.۳۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۰

مقدار	تاریخ
۵.۳	۱۴۰۱/۱۲/۰۱
۵.۳۶	۱۴۰۱/۱۲/۰۲
۵.۱۷	۱۴۰۱/۱۲/۰۳
۵.۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۴
۵.۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۰۶
۵.۳۸	۱۴۰۱/۱۲/۰۷
۵.۱۵	۱۴۰۱/۱۲/۰۸
۵.۲۵	۱۴۰۱/۱۲/۰۹

CV%: 1.914	SD: 0.101	Mean: 5.255
------------	-----------	-------------

