

UNIVERSAL I : عنوان کنترل :
شروع کنترل
۱۴۰۱/۰۲/۱۹:

FSH : عنوان آزمایش :
کوباس ۶۰۰۰ : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۵۱۹۱۶۲

| %CV | SD | SD ^۲ - | SD ^۲ - | SD ^۱ - | MEAN | SD ^۱ | SD ^۲ | SD ^۲ |
|-----|-------|-------------------|-------------------|-------------------|------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ۴ | ۲.۱۶۷ | ۱۵.۲۹۹ | ۱۷.۴۶۶ | ۱۹.۶۳۳ | ۲۱.۸ | ۲۳.۹۶۷ | ۲۶.۱۳۴ | ۲۸.۳۰۱ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۱۸.۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
| ۱۹.۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
| ۲۰.۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
| ۲۰.۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۱۸.۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
| ۱۸.۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
| ۱۹.۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
| ۲۱.۰۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
| ۲۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
| ۲۲.۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۲۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
| ۲۰.۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
| ۱۹.۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
| ۲۲.۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
| ۲۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
| ۱۸.۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |

| | | |
|------------|-----------|--------------|
| CV%: 9.427 | SD: 1.946 | Mean: 20.646 |
|------------|-----------|--------------|

