

UNIVERSAL II : عنوان کنترل :  
شروع کنترل  
۱۴۰۱/۰۴/۰۱:

FSH : عنوان آزمایش :  
کوباس ۶۰۰۰ : عنوان دستگاه :  
سری ساخت : ۵۵۶۴۰۵

%CV	SD	SD <sup>۲-</sup>	SD <sup>۲-</sup>	SD <sup>۱-</sup>	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۲</sup>
۴	۴.۷۳۳	۳۳.۳۰۱	۳۷.۹۳۴	۴۲.۶۶۷	۴۷.۴	۵۲.۱۳۳	۵۶.۸۶۶	۶۱.۵۹۹

مقدار	تاریخ
۴۷.۵	۱۴۰۱/۰۴/۱۱

مقدار	تاریخ
۴۴.۶	۱۴۰۱/۰۴/۰۶
۴۵.۷	۱۴۰۱/۰۴/۰۷
۴۵.۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۸
۴۲.۵	۱۴۰۱/۰۴/۰۹

مقدار	تاریخ
۴۱.۵	۱۴۰۱/۰۴/۰۱
۴۴.۹	۱۴۰۱/۰۴/۰۲
۴۳.۷	۱۴۰۱/۰۴/۰۴
۴۳.۶	۱۴۰۱/۰۴/۰۵

CV%: 4.027	SD: 1.787	Mean: 44.367
------------	-----------	--------------

