

biorad III : عنوان کنترل :  
شروع کنترل: ۱۴۰۱/۰۶/۱۳

سری ساخت : ۴۰۳۸۳

FSH : عنوان آزمایش :  
simense : عنوان دستگاه :

| %CV | SD    | SD <sup>۲</sup> - | SD <sup>۲</sup> - | SD <sup>۱</sup> - | MEAN | SD <sup>۱</sup> | SD <sup>۲</sup> | SD <sup>۲</sup> |
|-----|-------|-------------------|-------------------|-------------------|------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ۰   | ۲.۶۳۳ | ۲۵.۷۰۱            | ۲۹.۲۳۴            | ۴۲.۹۶۷            | ۴۶.۶ | ۵۰.۲۳۳          | ۵۲.۸۶۶          | ۵۷.۴۹۹          |

| مقدار | تاریخ      |
|-------|------------|
| ۴۳.۴  | ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ |

| مقدار | تاریخ      |
|-------|------------|
| ۴۴    | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
| ۴۴.۷  | ۱۴۰۱/۰۶/۱۷ |
| ۴۲    | ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |

| مقدار | تاریخ      |
|-------|------------|
| ۴۴.۷  | ۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
| ۴۵    | ۱۴۰۱/۰۶/۱۴ |
| ۴۳    | ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ |

|            |          |              |
|------------|----------|--------------|
| CV%: 2.488 | SD: 1.09 | Mean: 43.829 |
|------------|----------|--------------|

