

UNIVERSAL II : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۴۰۱/۰۴/۲۰

FSH : عنوان آزمایش :
کوباس ۶۰۰۰ : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۵۵۸۰۱۴

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۹,۲۹۲	۴,۶۱۲	۳۵,۷۹۵	۴۰,۴۰۷	۴۵,۰۱۹	۴۹,۶۳۱	۵۴,۲۴۳	۵۸,۸۵۵	۶۳,۴۶۷

مقدار	تاریخ
۴۹,۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۰
۴۵,۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۱
۴۷,۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۴
۴۶,۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۶
۴۵,۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۷
۴۶,۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۸

مقدار	تاریخ
۵۱,۶	۱۴۰۲/۱۲/۱۲
۵۲,۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۳
۴۷,۶	۱۴۰۲/۱۲/۱۴
۴۸,۸	۱۴۰۲/۱۲/۱۵
۴۷,۵	۱۴۰۲/۱۲/۱۶
۴۹,۵	۱۴۰۲/۱۲/۱۷
۴۷	۱۴۰۲/۱۲/۱۹

مقدار	تاریخ
۴۶	۱۴۰۲/۱۲/۰۱
۴۶,۳	۱۴۰۲/۱۲/۰۲
۴۹	۱۴۰۲/۱۲/۰۳
۴۹,۳	۱۴۰۲/۱۲/۰۵
۵۲,۵	۱۴۰۲/۱۲/۰۷
۵۳	۱۴۰۲/۱۲/۰۸
۵۰,۵	۱۴۰۲/۱۲/۰۹

CV%: 4.907	SD: 2.385	Mean: 48.605
------------	-----------	--------------

