

عنوان کنترل : abbot-1  
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۰۲/۱۸

سری ساخت : ۳۵۷۱۰۲۱۱

عنوان آزمایش : FSH  
عنوان دستگاه : abbot

%CV	SD	SD <sub>2</sub> -	SD <sub>2</sub> -	SD <sub>1</sub> -	MEAN	SD <sub>1</sub>	SD <sub>2</sub>	SD <sub>2</sub>
۳.۶	۰.۲۳۸	۲.۸۶۱	۳.۰۹۹	۳.۳۳۷	۳.۵۷۵	۳.۸۱۳	۴.۰۵۱	۴.۲۸۹

مقدار	تاریخ
۳.۳۵	۱۴۰۲/۰۳/۰۲
۳.۶۳	۱۴۰۲/۰۳/۰۳
۳.۲۳	۱۴۰۲/۰۳/۰۴

مقدار	تاریخ
۳.۱۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۵
۳.۲۱	۱۴۰۲/۰۲/۲۷
۳.۳۷	۱۴۰۲/۰۲/۲۸
۳.۲	۱۴۰۲/۰۲/۳۰
۳.۳۵	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
۳.۴۵	۱۴۰۲/۰۳/۰۱

مقدار	تاریخ
۳.۲۳	۱۴۰۲/۰۲/۱۸
۳.۲۶	۱۴۰۲/۰۲/۱۹
۳.۲	۱۴۰۲/۰۲/۲۰
۳.۳۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۱
۳.۴۷	۱۴۰۲/۰۲/۲۳
۳.۶۳	۱۴۰۲/۰۲/۲۴

CV%: 4.211	SD: 0.141	Mean: 3.35
------------	-----------	------------

