

permium III : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۰۹/۰۱

FSH : عنوان آزمایش :
سری ساخت: EC۲۱۸۷ simense : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۷,۹	۴,۲	۵۰,۵	۵۴,۷	۵۸,۹	۶۳,۱	۶۷,۳	۷۱,۵	۷۵,۷

مقدار	تاریخ
۵۸,۹	۱۴۰۲/۱۰/۰۳
۶۳,۸	۱۴۰۲/۱۰/۰۴
۵۷,۲	۱۴۰۲/۱۰/۰۵
۵۲,۷	۱۴۰۲/۱۰/۰۶
۶۳,۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۷
۶۰,۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۰

مقدار	تاریخ
۶۰,۶	۱۴۰۲/۰۹/۱۴
۵۷,۳	۱۴۰۲/۰۹/۱۸
۶۳,۳	۱۴۰۲/۰۹/۲۱
۶۱,۸	۱۴۰۲/۰۹/۲۳
۵۶,۵	۱۴۰۲/۰۹/۲۷
۵۷,۷	۱۴۰۲/۰۹/۲۸
۵۸,۴	۱۴۰۲/۱۰/۰۲

مقدار	تاریخ
۵۷,۴	۱۴۰۲/۰۸/۳۰
۵۸,۹	۱۴۰۲/۰۹/۰۱
۵۸	۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۵۸,۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۶
۵۶,۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۷
۶۲,۹	۱۴۰۲/۰۹/۰۹
۵۷,۲	۱۴۰۲/۰۹/۱۱

CV%: 4.901	SD: 2.893	Mean: 59.025
------------	-----------	--------------

