

UNIVERSAL II : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۴۰۱/۰۴/۲۰

FSH : عنوان آزمایش :
کوباس ۶۰۰۰ : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۵۵۸۰۱۴

| %CV | SD | SD ^{۳-} | SD ^{۲-} | SD ^{۱-} | MEAN | SD ^۱ | SD ^۲ | SD ^۳ |
|-------|------|------------------|------------------|------------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ۵,۶۴۵ | ۲,۷۸ | ۴۰,۹۰۷ | ۴۳,۶۸۷ | ۴۶,۴۶۷ | ۴۹,۲۴۷ | ۵۲,۰۲۷ | ۵۴,۸۰۷ | ۵۷,۵۸۷ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۴۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
| ۵۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
| ۴۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۴۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
| ۴۵,۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
| ۵۱,۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
| ۴۴,۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
| ۴۶,۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۵۱,۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
| ۴۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
| ۴۵,۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
| ۴۷,۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
| ۴۹,۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |

| | | |
|------------|-----------|------------|
| CV%: 4.917 | SD: 2.341 | Mean: 47.6 |
|------------|-----------|------------|

