

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

عنوان کنترل : abbot-1

شروع کنترل : ۱۳۹۹/۰۶/۰۲

سری ساخت : ۳۳۹۰۸۱۹۱

عنوان آزمایش : FSH-CLIA

عنوان دستگاه : abbot

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₂ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₂
۲.۶۹۶	۰.۱۰۶	۲.۶۳۷	۲.۷۳۳	۲.۸۳۹	۳.۹۴۵	۴.۰۵۱	۴.۱۵۷	۴.۲۶۳

مقدار	تاریخ
۴	۱۳۹۹/۱۰/۲۲
۴.۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۳
۴	۱۳۹۹/۱۰/۲۴
۳.۸۲	۱۳۹۹/۱۰/۲۵
۳.۹۴	۱۳۹۹/۱۰/۲۷
۴	۱۳۹۹/۱۰/۲۹

مقدار	تاریخ
۳.۹	۱۳۹۹/۱۰/۱۱
۳.۸۳	۱۳۹۹/۱۰/۱۳
۳.۹	۱۳۹۹/۱۰/۱۴
۳.۸۵	۱۳۹۹/۱۰/۱۵
۳.۹	۱۳۹۹/۱۰/۱۶
۳.۸	۱۳۹۹/۱۰/۱۷
۳.۹۷	۱۳۹۹/۱۰/۱۸
۳.۹	۱۳۹۹/۱۰/۲۰
۳.۸	۱۳۹۹/۱۰/۲۱

مقدار	تاریخ
۴.۱	۱۳۹۹/۱۰/۰۱
۳.۸	۱۳۹۹/۱۰/۰۲
۴.۱	۱۳۹۹/۱۰/۰۳
۴.۱۳	۱۳۹۹/۱۰/۰۴
۴.۱	۱۳۹۹/۱۰/۰۶
۳.۹۵	۱۳۹۹/۱۰/۰۷
۳.۸	۱۳۹۹/۱۰/۰۸
۴.۱	۱۳۹۹/۱۰/۰۹
۳.۸	۱۳۹۹/۱۰/۱۰

CV%: 2.969	SD: 0.117	Mean: 3.941
------------	-----------	-------------