

عنوان آزمایش : FSH-CLIA
 عنوان دستگاه : abbot

سری ساخت : ۳۲۹۰۸۱۹۱

عنوان کنترل : abbot-1
 شروع کنترل : ۱۳۹۹/۰۶/۰۲

3SD	2SD	1SD	MEAN	-1SD	-2SD	-3SD	SD	CV%
4.284	4.175	4.066	3.957	3.848	3.739	3.63	0.109	2.753

تاریخ	مقدار
12/12/1399	4.05

تاریخ	مقدار
06/12/1399	4
09/12/1399	4.1
10/12/1399	4
11/12/1399	4.1

تاریخ	مقدار
02/12/1399	3.92
03/12/1399	4
04/12/1399	3.95
05/12/1399	4.15

Mean: 4.03	SD: 0.076	CV%: 1.878
------------	-----------	------------

