

عنوان کنترل : abbot-1
شروع کنترل: ۱۳۹۹/۰۶/۰۲

عنوان آزمایش : FSH-CLIA
عنوان دستگاه : abbot
سری ساخت : ۳۲۹۰۸۱۹۱

| %CV | SD | SD ^{۳-} | SD ^{۲-} | SD ^{۱-} | MEAN | SD ^۱ | SD ^۲ | SD ^۳ |
|-------|------|------------------|------------------|------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ۳.۰۰۷ | ۰.۱۲ | ۳.۶۴۷ | ۳.۷۶۷ | ۳.۸۸۷ | ۴.۰۰۷ | ۴.۱۲۷ | ۴.۲۴۷ | ۴.۳۶۷ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۴.۰۵ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
| ۳.۹۴ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
| ۳.۸۸ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
| ۳.۸۱ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۴.۰۲ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
| ۴.۲۳ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
| ۴.۱۶ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
| ۴ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
| ۳.۸۲ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
| ۳.۹۲ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
| ۳.۹۹ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۳.۸۱ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
| ۳.۹۵ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
| ۴.۱ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
| ۳.۸۸ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
| ۳.۹ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
| ۴ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
| ۴.۱ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |

| | | |
|-----------|----------|-------------|
| CV%: 3.03 | SD: 0.12 | Mean: 3.976 |
|-----------|----------|-------------|

