

Perci control varia I : عنوان کنترل :  
شروع کنترل :  
۱۴۰۰/۱۱/۰۵:

سری ساخت : ۵۲۳۴۴۶

Folic Acid : عنوان آزمایش :  
کوباس ۶۰۰۰ : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD <sub>۲</sub> -	SD <sub>۲</sub> -	SD <sub>۱</sub> -	MEAN	SD <sub>۱</sub>	SD <sub>۲</sub>	SD <sub>۲</sub>
۱۱.۵۳۴	۰.۵۴۳	۲.۰۷۹	۲.۶۲۲	۴.۱۶۵	۴.۷۰۸	۵.۲۵۱	۵.۷۹۴	۶.۳۲۷

مقدار	تاریخ
۴.۵۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۳
۴.۶۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۴
۴.۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۵
۴.۲۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۸

مقدار	تاریخ
۴.۹۸	۱۴۰۰/۱۲/۱۴
۵.۴	۱۴۰۰/۱۲/۱۶
۵.۰۴	۱۴۰۰/۱۲/۱۷
۴.۳۶	۱۴۰۰/۱۲/۱۸
۴.۸۵	۱۴۰۰/۱۲/۱۹
۲.۹۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۱
۴.۳۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۲

مقدار	تاریخ
۴.۳۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۳
۵.۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۴
۴.۴	۱۴۰۰/۱۲/۰۵
۴.۱	۱۴۰۰/۱۲/۰۷
۴.۶	۱۴۰۰/۱۲/۰۸
۴.۳۳	۱۴۰۰/۱۲/۱۱
۴.۷	۱۴۰۰/۱۲/۱۲

CV%: 10.274	SD: 0.473	Mean: 4.601
-------------	-----------	-------------

