

bioradII : عنوان کنترل :

شروع کنترل : ۱۳۹۹/۰۵/۲۸

سری ساخت : ۴۰۳۸۲/

Folic Acid-CLIA

simense

: عنوان آزمایش :

: عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₃ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₃
۴.۹۵۶	۰.۴۸۴	۸.۳۱	۸.۷۹۴	۹.۳۷۸	۹.۷۶۲	۱۰.۲۴۶	۱۰.۷۳	۱۱.۲۱۴

مقدار	تاریخ
۹.۵	۱۴۰۰/۰۳/۲۵
۹.۵	۱۴۰۰/۰۳/۲۶
۱۰.۱	۱۴۰۰/۰۳/۲۷
۸.۸۴	۱۴۰۰/۰۳/۲۹
۹.۳	۱۴۰۰/۰۳/۳۰
۹.۴	۱۴۰۰/۰۳/۳۱

مقدار	تاریخ
۹.۹۴	۱۴۰۰/۰۳/۱۱
۱۰.۴	۱۴۰۰/۰۳/۱۲
۹.۷	۱۴۰۰/۰۳/۱۳
۱۰.۱	۱۴۰۰/۰۳/۱۷
۱۰.۶	۱۴۰۰/۰۳/۱۹
۹.۹۲	۱۴۰۰/۰۳/۲۰
۹.۲	۱۴۰۰/۰۳/۲۲
۹	۱۴۰۰/۰۳/۲۳
۸.۸۶	۱۴۰۰/۰۳/۲۴

مقدار	تاریخ
۹.۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۱
۹.۵	۱۴۰۰/۰۳/۰۲
۹.۹	۱۴۰۰/۰۳/۰۳
۸.۹۹	۱۴۰۰/۰۳/۰۴
۹.۷	۱۴۰۰/۰۳/۰۵
۹.۵	۱۴۰۰/۰۳/۰۶
۹.۹۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۸
۱۰.۳	۱۴۰۰/۰۳/۰۹
۱۰.۳	۱۴۰۰/۰۳/۱۰

CV%: 5.127	SD: 0.496	Mean: 9.68
------------	-----------	------------

