

عنوان آزمایش : Folic Acid
عنوان دستگاه : abbot
سری ساخت : ۰۱
عنوان کنترل : پولد سرم
شروع کنترل : ۱۴۰۱/۰۷/۲۷

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₃ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₃
۹.۹۳۲	۰.۲۷۷	۱.۹۵۹	۲.۲۳۶	۲.۵۱۳	۲.۷۹	۲.۰۶۷	۳.۲۴۴	۳.۶۳۱

مقدار	تاریخ
۲.۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۰
۲.۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۱
۲.۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۲.۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۳
۲.۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۴
۲.۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۷

مقدار	تاریخ
۳	۱۴۰۱/۱۲/۱۰
۳	۱۴۰۱/۱۲/۱۱
۲.۲	۱۴۰۱/۱۲/۱۳
۳	۱۴۰۱/۱۲/۱۴
۲.۹	۱۴۰۱/۱۲/۱۵
۲.۵	۱۴۰۱/۱۲/۱۶
۲.۶	۱۴۰۱/۱۲/۱۷
۲.۵	۱۴۰۱/۱۲/۱۸

مقدار	تاریخ
۲.۶	۱۴۰۱/۱۲/۰۱
۲.۵	۱۴۰۱/۱۲/۰۲
۲.۲	۱۴۰۱/۱۲/۰۳
۲.۶	۱۴۰۱/۱۲/۰۴
۲.۵	۱۴۰۱/۱۲/۰۶
۳	۱۴۰۱/۱۲/۰۷
۳.۲	۱۴۰۱/۱۲/۰۸
۲.۹	۱۴۰۱/۱۲/۰۹

CV%: 8.781	SD: 0.247	Mean: 2.809
------------	-----------	-------------

