

biorad III : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۳۹۹/۱۰/۲۲

سری ساخت : ۴۰۲۸۳

Folic Acid : عنوان آزمایش :
SIMENSE : عنوان دستگاه :

| %CV | SD | SD ^۲ - | SD ^۲ - | SD ^۱ - | MEAN | SD ^۱ | SD ^۲ | SD ^۲ |
|-------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ۶.۰۷۴ | ۱.۰۳۲ | ۱۳.۸۹۷ | ۱۴.۹۳۹ | ۱۵.۹۶۱ | ۱۶.۹۹۳ | ۱۸.۰۲۵ | ۱۹.۰۵۷ | ۲۰.۰۸۹ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۱۸.۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
| ۱۸.۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۱۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
| ۱۴.۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |

| | | |
|-------------|-----------|-------------|
| CV%: 10.793 | SD: 1.916 | Mean: 17.75 |
|-------------|-----------|-------------|

