

عنوان کنترل : Radox permium plus  
شروع کنترل  
۱۴۰۱/۰۲/۲۵:

عنوان آزمایش : Folic Acid  
عنوان دستگاه : کوپاس E411  
سری ساخت : ۲۱۲۴ ec

%CV	SD	SD <sup>۲-</sup>	SD <sup>۲-</sup>	SD <sup>۱-</sup>	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۲</sup>
۶	۰.۵۱۷	۲.۶۹۹	۴.۲۱۶	۴.۷۳۳	۵.۲۵	۵.۷۶۷	۶.۲۸۴	۶.۸۰۱

مقدار	تاریخ
۴.۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۹

مقدار	تاریخ
۵.۲	۱۴۰۱/۰۴/۰۵
۴.۶	۱۴۰۱/۰۴/۰۶
۶.۷	۱۴۰۱/۰۴/۰۷
۳.۸	۱۴۰۱/۰۴/۰۸

مقدار	تاریخ
۴.۷۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۴.۳۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۱
۴.۸	۱۴۰۱/۰۴/۰۲
۴.۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۴

CV%: 17.857	SD: 0.845	Mean: 4.734
-------------	-----------	-------------

