

biorad III : عنوان کنترل :  
شروع کنترل: ۱۴۰۱/۰۶/۱۳

سری ساخت : ۴۰۳۸۳

Folic Acid : عنوان آزمایش :  
abbott : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۲</sup>
۶.۴	۰.۷۸۳	۱۵.۳۰۱	۱۶.۰۸۴	۱۶.۸۶۷	۱۷.۶۵	۱۸.۴۳۳	۱۹.۳۱۶	۱۹.۹۹۹

مقدار	تاریخ
۱۸	۱۴۰۱/۰۶/۲۳
۱۷.۷	۱۴۰۱/۰۶/۲۷

مقدار	تاریخ
۱۶.۵	۱۴۰۱/۰۶/۱۷
۱۷.۶	۱۴۰۱/۰۶/۱۹
۱۷.۵	۱۴۰۱/۰۶/۲۰
۱۸	۱۴۰۱/۰۶/۲۱
۱۹.۲	۱۴۰۱/۰۶/۲۳

مقدار	تاریخ
۱۷.۵	۱۴۰۱/۰۶/۱۲
۱۷.۶	۱۴۰۱/۰۶/۱۳
۱۹	۱۴۰۱/۰۶/۱۴
۱۸	۱۴۰۱/۰۶/۱۵
۱۶.۹	۱۴۰۱/۰۶/۱۶

CV%: 4.25	SD: 0.756	Mean: 17.792
-----------	-----------	--------------

