

عنوان آزمایش : Folic Acid
عنوان دستگاه : abbot
سری ساخت : ۰۱
عنوان کنترل : پولد سرم
شروع کنترل : ۱۴۰۱/۰۷/۲۷

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₃ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₃
۶.۴	۰.۱۴۷	۲.۳۹۹	۲.۵۴۶	۲.۶۹۳	۲.۸۴	۲.۹۸۷	۳.۱۳۴	۳.۲۸۱

مقدار	تاریخ
۲.۹	۱۴۰۱/۰۸/۲۴
۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۵
۲.۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۶
۳.۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۸
۲.۷	۱۴۰۱/۰۸/۲۹
۲.۹	۱۴۰۱/۰۸/۳۰

مقدار	تاریخ
۲.۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۰
۳	۱۴۰۱/۰۸/۱۱
۲.۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۲
۳	۱۴۰۱/۰۸/۱۵
۲.۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۶
۲.۶	۱۴۰۱/۰۸/۱۷
۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۱
۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۳

مقدار	تاریخ
۲.۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۱
۲.۸	۱۴۰۱/۰۸/۰۲
۲.۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۳
۲.۷	۱۴۰۱/۰۸/۰۴
۲.۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۵
۳.۱	۱۴۰۱/۰۸/۰۷
۲.۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۸
۳.۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۹

CV%: 7.067	SD: 0.202	Mean: 2.855
------------	-----------	-------------

