

عنوان آزمایش : Folic Acid
عنوان دستگاه : abbot
سری ساخت : ۰۱
عنوان کنترل : پولد سرم
شروع کنترل : ۱۴۰۱/۰۷/۲۷

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₂ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₂
۸.۸۱۲	۰.۲۵۵	۲.۱۳۲	۲.۳۸۷	۲.۶۴۳	۲.۸۹۷	۲.۱۵۲	۳.۴۰۷	۳.۶۶۳

مقدار	تاریخ
۲.۳	۱۴۰۲/۰۱/۲۴

مقدار	تاریخ
۲.۹	۱۴۰۲/۰۱/۱۶
۳.۴	۱۴۰۲/۰۱/۱۹
۲.۱	۱۴۰۲/۰۱/۲۰
۳	۱۴۰۲/۰۱/۲۲

مقدار	تاریخ
۲.۷	۱۴۰۲/۰۱/۰۵
۳	۱۴۰۲/۰۱/۰۷
۳.۲	۱۴۰۲/۰۱/۱۴
۲.۸	۱۴۰۲/۰۱/۱۵

CV%: 7.546	SD: 0.23	Mean: 3.044
------------	----------	-------------

