

Premium III : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۰۸/۲۹

Folic Acid : عنوان آزمایش :
عنوان دستگاه : abbot
سری ساخت : ec۲۱۸۷

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۷,۹۹۵	۰,۶۱۸	۵,۸۷۹	۶,۴۹۷	۷,۱۱۵	۷,۷۳۳	۸,۳۵۱	۸,۹۶۹	۹,۵۸۷

مقدار	تاریخ
۷,۶	۱۴۰۲/۱۱/۲۱
۶,۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۳

مقدار	تاریخ
۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۵
۸,۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۶
۶,۹	۱۴۰۲/۱۱/۱۷
۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۸

مقدار	تاریخ
۷,۸	۱۴۰۲/۱۱/۰۲
۸,۱	۱۴۰۲/۱۱/۰۴
۷,۶	۱۴۰۲/۱۱/۱۰
۸,۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۱

CV%: 7.784	SD: 0.606	Mean: 7.79
------------	-----------	------------

