

permium plus II : عنوان کنترل :

شروع کنترل: ۱۴۰۲/۰۱/۲۷

سری ساخت : ۲۱۰۷

Folic Acid : عنوان آزمایش :

simense : عنوان دستگاه :

| %CV | SD | SD ₂ - | SD ₃ - | SD ₁ - | MEAN | SD ₁ | SD ₂ | SD ₃ |
|------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ۴.۶۱ | ۰.۲۹۷ | ۲.۸۲۹ | ۳.۱۲۶ | ۳.۴۲۳ | ۳.۷۲ | ۴.۰۱۷ | ۴.۳۱۴ | ۴.۶۱۱ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۳.۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
| ۳.۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
| ۳.۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
| ۳.۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
| ۳.۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۳.۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
| ۳.۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
| ۳.۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
| ۳.۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
| ۳.۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
| ۳.۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
| ۳.۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۳.۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
| ۴.۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
| ۴.۰۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
| ۳.۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
| ۳.۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
| ۳.۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
| ۳.۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |

| | | |
|------------|----------|-------------|
| CV%: 5.986 | SD: 0.22 | Mean: 3.671 |
|------------|----------|-------------|

