

عنوان کنترل : Radox permium plus
شروع کنترل :
۱۴۰۱/۰۲/۲۵:

عنوان آزمایش : Folic Acid
عنوان دستگاه : کوباس E411
سری ساخت : ec۲۱۲۴

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۶	۰.۵۱۷	۲.۶۹۹	۴.۲۱۶	۴.۷۳۳	۵.۲۵	۵.۷۶۷	۶.۲۸۴	۶.۸۰۱

مقدار	تاریخ
۵.۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۷
۵.۷	۱۴۰۲/۰۴/۱۹
۴.۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۱
۵.۷	۱۴۰۲/۰۴/۲۵
۴.۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۷
۴.۷	۱۴۰۲/۰۴/۲۹

مقدار	تاریخ
۳.۸	۱۴۰۱/۰۴/۰۸
۴.۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۹
۵.۱	۱۴۰۲/۰۴/۰۵
۵.۶	۱۴۰۲/۰۴/۰۷
۵.۲	۱۴۰۲/۰۴/۱۰
۵.۵	۱۴۰۲/۰۴/۱۲
۵.۳	۱۴۰۲/۰۴/۱۴

مقدار	تاریخ
۴.۷۹	۱۴۰۱/۰۲/۳۱
۴.۲۲	۱۴۰۱/۰۴/۰۱
۴.۸	۱۴۰۱/۰۴/۰۲
۴.۲	۱۴۰۱/۰۴/۰۴
۵.۲	۱۴۰۱/۰۴/۰۵
۴.۶	۱۴۰۱/۰۴/۰۶
۶.۷	۱۴۰۱/۰۴/۰۷

CV%: 13.461	SD: 0.68	Mean: 5.05
-------------	----------	------------

