

Permium plus II : عنوان کنترل :
شروع کنترل
۱۴۰۲/۰۵/۰۹:

Folic Acid : عنوان آزمایش :
عنوان دستگاه :
سری ساخت : ECT۱۰۷ ۶۰۰۰ کوپاس

%CV	SD	SD ^{۲-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۶.۴	۰.۳۸	۳.۶۲	۴	۴.۳۸	۴.۷۶	۵.۱۴	۵.۵۲	۵.۹

مقدار	تاریخ
۴.۷	۱۴۰۲/۰۵/۲۹

مقدار	تاریخ
۵.۷	۱۴۰۲/۰۵/۲۲
۴.۷	۱۴۰۲/۰۵/۲۳
۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۸

مقدار	تاریخ
۴.۸	۱۴۰۲/۰۵/۱۷
۴.۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۸
۴.۷	۱۴۰۲/۰۵/۱۹

CV%: 10.408	SD: 0.498	Mean: 4.786
-------------	-----------	-------------

