

bioradII : عنوان کنترل :  
شروع کنترل: ۱۳۹۹/۰۵/۲۸

Folic Acid : عنوان آزمایش :  
simense : عنوان دستگاه :  
سری ساخت : ۴۰۳۸۲ /

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۱۰.۰۹۱	۰.۹۵۱	۶.۵۶۸	۷.۵۱۹	۸.۴۷	۹.۴۲۱	۱۰.۳۷۲	۱۱.۳۲۳	۱۲.۲۷۴

مقدار	تاریخ
۱۰.۹	۱۳۹۹/۰۸/۲۲
۱۱.۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۴
۱۰.۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۵
۸.۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۶
۱۱.۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۷
۱۰.۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۸
۱۰.۷	۱۳۹۹/۰۸/۲۹

مقدار	تاریخ
۱۰.۷	۱۳۹۹/۰۸/۱۲
۹.۵	۱۳۹۹/۰۸/۱۴
۸.۵	۱۳۹۹/۰۸/۱۵
۹.۵	۱۳۹۹/۰۸/۱۷
۸.۵	۱۳۹۹/۰۸/۱۸
۹.۶	۱۳۹۹/۰۸/۱۹
۸.۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۰
۱۱.۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۱

مقدار	تاریخ
۱۱.۳	۱۳۹۹/۰۸/۰۱
۱۰.۱	۱۳۹۹/۰۸/۰۳
۱۰.۴	۱۳۹۹/۰۸/۰۵
۱۰.۹	۱۳۹۹/۰۸/۰۶
۱۱	۱۳۹۹/۰۸/۰۷
۹.۳	۱۳۹۹/۰۸/۰۸
۱۱.۱	۱۳۹۹/۰۸/۱۰
۹.۵	۱۳۹۹/۰۸/۱۱

CV%: 9.721	SD: 0.985	Mean: 10.135
------------	-----------	--------------

