

## آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

bioradII : عنوان کنترل :

شروع کنترل: ۱۳۹۹/۰۵/۲۸

سری ساخت : ۴۰۳۸۲ /

Folic Acid-CLIA

: عنوان آزمایش :

simense

: عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۲</sup>
۹.۰۹۱	۰.۹۲۲	۷.۳۷۱	۸.۲۹۳	۹.۲۱۵	۱۰.۱۳۷	۱۱.۰۵۹	۱۱.۹۸۱	۱۲.۹۰۳

مقدار	تاریخ
۱۰.۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۲
۱۱.۴	۱۳۹۹/۰۹/۲۳
۱۰.۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۴
۱۱.۱	۱۳۹۹/۰۹/۲۵
۱۰.۵	۱۳۹۹/۰۹/۲۷
۹.۴۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۹
۱۲.۶	۱۳۹۹/۰۹/۳۰

مقدار	تاریخ
۱۰.۶	۱۳۹۹/۰۹/۱۱
۱۱.۱	۱۳۹۹/۰۹/۱۲
۱۰.۹	۱۳۹۹/۰۹/۱۳
۸.۵	۱۳۹۹/۰۹/۱۵
۹.۹	۱۳۹۹/۰۹/۱۶
۱۱.۴	۱۳۹۹/۰۹/۱۷
۱۰.۶	۱۳۹۹/۰۹/۱۸
۱۱.۲	۱۳۹۹/۰۹/۱۹
۹.۷	۱۳۹۹/۰۹/۲۰

مقدار	تاریخ
۱۰.۲	۱۳۹۹/۰۹/۰۱
۹.۳۶	۱۳۹۹/۰۹/۰۲
۱۱.۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۳
۱۱.۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۴
۱۰.۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۵
۱۰.۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۶
۱۰.۶	۱۳۹۹/۰۹/۰۸
۱۱.۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۹
۱۰.۵	۱۳۹۹/۰۹/۱۰

CV%: 8.305	SD: 0.885	Mean: 10.661
------------	-----------	--------------