

عنوان کنترل : biorad II
شروع کنترل
۱۳۹۹/۰۵/۲۵:

سری ساخت : ۴۰۲۸۲

عنوان آزمایش : Estriol (Free)-CLIA
عنوان دستگاه : siemens

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۳.۹۰۷	۰.۱۷۷	۴.۰۱	۴.۱۸۷	۴.۳۶۴	۴.۵۴۱	۴.۷۱۸	۴.۸۹۵	۵.۰۷۲

مقدار	تاریخ
۴.۶۳	۱۴۰۰/۰۱/۲۹
۴.۴۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۰
۴.۲۳	۱۴۰۰/۰۱/۳۱

مقدار	تاریخ
۴.۶۱	۱۴۰۰/۰۱/۲۲
۴.۳۵	۱۴۰۰/۰۱/۲۳
۴.۴۵	۱۴۰۰/۰۱/۲۴
۴.۴۳	۱۴۰۰/۰۱/۲۵
۴.۳۷	۱۴۰۰/۰۱/۲۶
۴.۴۹	۱۴۰۰/۰۱/۲۸

مقدار	تاریخ
۴.۵۳	۱۴۰۰/۰۱/۱۵
۴.۸	۱۴۰۰/۰۱/۱۶
۴.۲	۱۴۰۰/۰۱/۱۷
۴.۷۳	۱۴۰۰/۰۱/۱۸
۴.۵	۱۴۰۰/۰۱/۱۹
۴.۵	۱۴۰۰/۰۱/۲۱

CV%: 3.693	SD: 0.165	Mean: 4.48
------------	-----------	------------

