

biorad II : عنوان کنترل :  
شروع کنترل  
۱۳۹۹/۰۵/۲۵:

سری ساخت : ۴۰۲۸۲

عنوان آزمایش : Estriol (Free)-CLIA  
عنوان دستگاه : siemens

%CV	SD	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۲</sup>
۴.۲۵۶	۰.۱۸۸	۳.۸۴۴	۴.۰۳۲	۴.۲۲	۴.۴۰۸	۴.۵۹۶	۴.۷۸۴	۴.۹۷۲

مقدار	تاریخ
۴.۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۴
۴.۳۳	۱۴۰۰/۰۷/۲۵
۴.۴۷	۱۴۰۰/۰۷/۲۶
۴.۷	۱۴۰۰/۰۷/۲۷
۴.۳۳	۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۴.۲۸	۱۴۰۰/۰۷/۲۹

مقدار	تاریخ
۴.۴۷	۱۴۰۰/۰۷/۱۲
۴.۶۳	۱۴۰۰/۰۷/۱۴
۴.۲۸	۱۴۰۰/۰۷/۱۷
۴.۷	۱۴۰۰/۰۷/۱۸
۴.۵۸	۱۴۰۰/۰۷/۱۹
۴.۳	۱۴۰۰/۰۷/۲۰
۴.۶۱	۱۴۰۰/۰۷/۲۱
۴.۴	۱۴۰۰/۰۷/۲۲

مقدار	تاریخ
۴.۴۱	۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۴.۵۲	۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۴.۳	۱۴۰۰/۰۷/۰۴
۴	۱۴۰۰/۰۷/۰۶
۴.۳۴	۱۴۰۰/۰۷/۰۷
۴.۵۱	۱۴۰۰/۰۷/۰۸
۴.۲	۱۴۰۰/۰۷/۱۰
۴.۳	۱۴۰۰/۰۷/۱۱

CV%: 4.021	SD: 0.177	Mean: 4.411
------------	-----------	-------------

