

maternal control I : عنوان کنترل :  
شروع کنترل  
۱۴۰۰/۱۲/۰۸:

سری ساخت : ۸۱۵۲

Estriol (Free)-CLIA : عنوان آزمایش :  
simense : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD <sub>2</sub> -	SD <sub>1</sub> -	MEAN	SD <sub>1</sub>	SD <sub>2</sub>	SD <sub>2</sub>
۸.۷	۰.۰۵۲	۰.۴۶۷	۰.۵۱۹	۰.۶۳۳	۰.۶۷۵	۰.۷۲۷	۰.۷۷۹

مقدار	تاریخ
۰.۵۶	۱۴۰۱/۰۱/۲۳
۰.۷۲	۱۴۰۱/۰۱/۲۴
۰.۶۸	۱۴۰۱/۰۱/۲۵
۰.۵۵۵	۱۴۰۱/۰۱/۲۷
۰.۵۸	۱۴۰۱/۰۱/۲۸
۰.۶۷	۱۴۰۱/۰۱/۲۹
۰.۷۳۹	۱۴۰۱/۰۱/۳۰
۰.۶۶۳	۱۴۰۱/۰۱/۳۱

مقدار	تاریخ
۰.۶۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۵
۰.۶۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۶
۰.۷۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۸
۰.۶۶	۱۴۰۱/۰۱/۱۴
۰.۶۹	۱۴۰۱/۰۱/۱۵
۰.۷۲	۱۴۰۱/۰۱/۱۶
۰.۷۱	۱۴۰۱/۰۱/۱۷
۰.۶	۱۴۰۱/۰۱/۱۸
۰.۶۸	۱۴۰۱/۰۱/۲۰
۰.۶۳	۱۴۰۱/۰۱/۲۱

مقدار	تاریخ
۰.۷۳۹	۱۴۰۰/۱۲/۱۲
۰.۶۳	۱۴۰۰/۱۲/۱۴
۰.۶۹	۱۴۰۰/۱۲/۱۶
۰.۶۹	۱۴۰۰/۱۲/۱۷
۰.۶۷	۱۴۰۰/۱۲/۱۸
۰.۶۷	۱۴۰۰/۱۲/۱۸
۰.۶۴	۱۴۰۰/۱۲/۱۹
۰.۶۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۱
۰.۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۲
۰.۵۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۳

CV%: 8.397	SD: 0.056	Mean: 0.663
------------	-----------	-------------

