

عنوان کنترل : randoxII

شروع کنترل: ۱۴۰۱/۰۸/۲۸

سری ساخت : ms۷۷۰۳

(Estriol (Free
simense

عنوان آزمایش :
عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₃ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₃
۸.۷	۰.۴۱۷	۳.۶۹۹	۴.۱۱۶	۴.۵۳۳	۴.۹۵	۵.۳۶۷	۵.۷۸۴	۶.۲۰۱

مقدار	تاریخ
۴.۳	۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۵.۴	۱۴۰۱/۱۰/۰۷
۵.۳	۱۴۰۱/۱۰/۰۸
۵.۳	۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۴.۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۴
۴.۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۵
۴.۷	۱۴۰۱/۱۰/۱۷
۴.۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۸
۵.۱	۱۴۰۱/۱۰/۲۴

مقدار	تاریخ
۵	۱۴۰۱/۰۹/۲۲
۵.۳	۱۴۰۱/۰۹/۲۳
۴.۶	۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۵.۵	۱۴۰۱/۰۹/۲۶
۴.۶	۱۴۰۱/۰۹/۲۷
۴.۴	۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۴.۵	۱۴۰۱/۰۹/۲۹
۴.۴۸	۱۴۰۱/۱۰/۰۱
۴.۶	۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۴.۳	۱۴۰۱/۱۰/۰۴

مقدار	تاریخ
۴.۶	۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۴.۸	۱۴۰۱/۰۹/۰۹
۴.۷	۱۴۰۱/۰۹/۱۰
۴.۴	۱۴۰۱/۰۹/۱۲
۴.۹۷	۱۴۰۱/۰۹/۱۳
۴.۵	۱۴۰۱/۰۹/۱۴
۴.۳	۱۴۰۱/۰۹/۱۷
۴.۵	۱۴۰۱/۰۹/۱۹
۵.۳	۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۴.۶۷	۱۴۰۱/۰۹/۲۱

CV%: 7.582	SD: 0.362	Mean: 4.77
------------	-----------	------------

