

عنوان کنترل : پولد سرم
شروع کنترل : ۱۴۰۱/۰۷/۲۷

عنوان آزمایش : Folic Acid
عنوان دستگاه : abbot
سری ساخت : ۰۱

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₃ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₃
۹.۸۷۱	۰.۲۷۸	۱.۹۸۳	۲.۲۶۱	۲.۵۳۹	۲.۸۱۷	۲.۰۹۵	۲.۲۷۳	۲.۶۵۱

مقدار	تاریخ
۳	۱۴۰۱/۱۱/۲۴
۲.۹	۱۴۰۱/۱۱/۲۵
۲.۶	۱۴۰۱/۱۱/۲۶
۲.۵	۱۴۰۱/۱۱/۲۷

مقدار	تاریخ
۲.۴	۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۲.۷	۱۴۰۱/۱۱/۱۳
۲.۵	۱۴۰۱/۱۱/۱۵
۲.۵	۱۴۰۱/۱۱/۱۶
۲.۸	۱۴۰۱/۱۱/۱۷
۲.۲	۱۴۰۱/۱۱/۱۹
۲.۴	۱۴۰۱/۱۱/۲۳

مقدار	تاریخ
۳	۱۴۰۱/۱۱/۰۴
۲.۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۵
۲.۹	۱۴۰۱/۱۱/۰۶
۳.۱	۱۴۰۱/۱۱/۰۸
۲.۸	۱۴۰۱/۱۱/۰۹
۳.۵	۱۴۰۱/۱۱/۱۰
۲.۷	۱۴۰۱/۱۱/۱۱

CV%: 10.944	SD: 0.304	Mean: 2.778
-------------	-----------	-------------

