

Control II : عنوان کنترل : عنوان آزمایش : (Estriol (Free  
شروع کنترل: ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ : سری ساخت : ۶۳۵۰ : الیزابدر : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD <sub>2</sub> -	SD <sub>3</sub> -	SD <sub>1</sub> -	MEAN	SD <sub>1</sub>	SD <sub>2</sub>	SD <sub>3</sub>
۴.۹	۱.۵۵۸	۷.۰۱۱	۸.۵۶۹	۱۰.۱۲۷	۱۱.۶۸۵	۱۳.۲۴۳	۱۴.۸۰۱	۱۶.۲۵۹

مقدار	تاریخ
۱۲.۳	۱۴۰۱/۰۵/۲۰
۱۱	۱۴۰۱/۰۵/۲۳
۱۱	۱۴۰۱/۰۵/۲۴
۱۰.۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۵
۱۰.۳	۱۴۰۱/۰۵/۲۷
۱۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۰
۱۲	۱۴۰۱/۰۵/۳۱

مقدار	تاریخ
۱۱	۱۴۰۱/۰۵/۰۶
۱۲	۱۴۰۱/۰۵/۰۶
۱۳.۲	۱۴۰۱/۰۵/۰۹
۱۴.۲	۱۴۰۱/۰۵/۱۰
۱۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۱
۸	۱۴۰۱/۰۵/۱۳
۱۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۸
۱۱	۱۴۰۱/۰۵/۱۹

مقدار	تاریخ
۱۲	۱۴۰۱/۰۴/۲۵
۱۳	۱۴۰۱/۰۴/۲۶
۱۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۸
۱۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹
۱۰.۳	۱۴۰۱/۰۴/۳۰
۱۱.۵	۱۴۰۱/۰۵/۰۲
۱۲	۱۴۰۱/۰۵/۰۳
۱۰	۱۴۰۱/۰۵/۰۴

CV%: 12.203	SD: 1.37	Mean: 11.226
-------------	----------	--------------

