

عنوان آزمایش : (Estriol (Free  
عنوان دستگاه : الیزابدر  
عنوان کنترل : عنوان کنترل  
سری ساخت : ۶۳۵۰  
شروع کنترل : ۱۴۰۱/۰۴/۲۵

%CV	SD	SD <sup>2</sup> -	SD <sup>2</sup> -	SD <sup>1</sup> -	MEAN	SD <sup>1</sup>	SD <sup>2</sup>	SD <sup>2</sup>
۱۴.۲۶۹	۰.۳۴۲	۱.۳۷۴	۱.۷۱۶	۲.۰۵۸	۲.۴	۲.۷۴۲	۳.۰۸۴	۳.۴۲۶

مقدار	تاریخ
۱.۷	۱۴۰۱/۰۶/۲۷
۲.۴	۱۴۰۱/۰۶/۲۸
۱.۳۹	۱۴۰۱/۰۶/۲۹
۱.۸۲	۱۴۰۱/۰۶/۳۰
۲	۱۴۰۱/۰۶/۳۱

مقدار	تاریخ
۳.۲	۱۴۰۱/۰۶/۰۹
۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۲
۱.۷	۱۴۰۱/۰۶/۱۳
۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۴
۳.۳	۱۴۰۱/۰۶/۱۷
۱.۶	۱۴۰۱/۰۶/۲۳
۱.۷۲	۱۴۰۱/۰۶/۲۴

مقدار	تاریخ
۲	۱۴۰۱/۰۶/۰۱
۲.۴	۱۴۰۱/۰۶/۰۲
۲.۳	۱۴۰۱/۰۶/۰۳
۲.۱	۱۴۰۱/۰۶/۰۵
۲.۴	۱۴۰۱/۰۶/۰۶
۲	۱۴۰۱/۰۶/۰۷
۲	۱۴۰۱/۰۶/۰۸

CV%: 19.462	SD: 0.4	Mean: 2.054
-------------	---------	-------------

