

maternal control I : عنوان کنترل :
شروع کنترل
۱۴۰۰/۱۲/۰۸:

سری ساخت : ۸۱۵۲

(Estriol (Free : عنوان آزمایش :
simense : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۸.۷	۰.۰۵۲	۰.۴۶۷	۰.۵۱۹	۰.۵۷۱	۰.۶۳۳	۰.۶۷۵	۰.۷۲۷	۰.۷۷۹

مقدار	تاریخ
۰.۵۶	۱۴۰۱/۰۱/۲۳
۰.۷۲	۱۴۰۱/۰۱/۲۴
۰.۶۸	۱۴۰۱/۰۱/۲۵
۰.۵۵۵	۱۴۰۱/۰۱/۲۷
۰.۵۸	۱۴۰۱/۰۱/۲۸
۰.۶۷	۱۴۰۱/۰۱/۲۹
۰.۷۳۹	۱۴۰۱/۰۱/۳۰
۰.۶۶۳	۱۴۰۱/۰۱/۳۱

مقدار	تاریخ
۰.۶۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۵
۰.۶۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۶
۰.۷۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۸
۰.۶۶	۱۴۰۱/۰۱/۱۴
۰.۶۹	۱۴۰۱/۰۱/۱۵
۰.۷۲	۱۴۰۱/۰۱/۱۶
۰.۷۱	۱۴۰۱/۰۱/۱۷
۰.۶	۱۴۰۱/۰۱/۱۸
۰.۶۸	۱۴۰۱/۰۱/۲۰
۰.۶۳	۱۴۰۱/۰۱/۲۱

مقدار	تاریخ
۰.۷۳۹	۱۴۰۰/۱۲/۱۲
۰.۶۳	۱۴۰۰/۱۲/۱۴
۰.۶۹	۱۴۰۰/۱۲/۱۶
۰.۶۹	۱۴۰۰/۱۲/۱۷
۰.۶۷	۱۴۰۰/۱۲/۱۸
۰.۶۷	۱۴۰۰/۱۲/۱۸
۰.۶۴	۱۴۰۰/۱۲/۱۹
۰.۶۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۱
۰.۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۲
۰.۵۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۳

CV%: 8.397	SD: 0.056	Mean: 0.663
------------	-----------	-------------

