

maternal control I : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۰/۱۲/۰۸

سری ساخت: ۸۱۵۲

(Estriol (Free : عنوان آزمایش :
simense : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۹,۱۵۲	۰,۰۵۷	۰,۴۴۷	۰,۵۰۴	۰,۵۶۱	۰,۶۱۸	۰,۶۷۵	۰,۷۳۲	۰,۷۸۹

مقدار	تاریخ
۰,۵۶۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۰,۶۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۸
۰,۶۶۶	۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۰,۶۸۲	۱۴۰۲/۱۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۰,۵۲۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۶
۰,۵۳۹	۱۴۰۲/۱۱/۱۸
۰,۵۸۲	۱۴۰۲/۱۱/۲۱
۰,۶۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۲
۰,۵۸۶	۱۴۰۲/۱۱/۲۳
۰,۶۶	۱۴۰۲/۱۱/۲۴
۰,۶۶۶	۱۴۰۲/۱۱/۲۵

مقدار	تاریخ
۰,۷	۱۴۰۲/۱۱/۰۱
۰,۵۳	۱۴۰۲/۱۱/۰۲
۰,۵۸	۱۴۰۲/۱۱/۰۳
۰,۵۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۴
۰,۶۰۸	۱۴۰۲/۱۱/۰۹
۰,۶۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۰
۰,۵۶۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۱

CV%: 10.211	SD: 0.063	Mean: 0.613
-------------	-----------	-------------

