

راندوکس II : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۱/۱۱/۱۵

عنوان آزمایش : (Estriol (Free
عنوان دستگاه : simense
سری ساخت : ۸۱۵۳

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۷,۹۱۴	۰,۲۱۸	۲,۰۹۷	۲,۳۱۵	۲,۵۳۳	۲,۷۵۱	۲,۹۶۹	۳,۱۸۷	۳,۴۰۵

مقدار	تاریخ
۲,۳	۱۴۰۲/۱۲/۱۵
۲,۶	۱۴۰۲/۱۲/۱۶

مقدار	تاریخ
۲,۹	۱۴۰۲/۱۲/۱۳
۲,۶	۱۴۰۲/۱۲/۱۴

مقدار	تاریخ
۲,۵	۱۴۰۲/۱۲/۱۰
۲,۷	۱۴۰۲/۱۲/۱۲

CV%: 7.692	SD: 0.2	Mean: 2.6
------------	---------	-----------

