

maternal control I : عنوان کنترل :  
شروع کنترل: ۱۴۰۰/۱۲/۰۸

سری ساخت: ۸۱۵۲

(Estriol (Free : عنوان آزمایش :  
simense : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD <sup>۳-</sup>	SD <sup>۲-</sup>	SD <sup>۱-</sup>	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۹,۱۸۷	۰,۰۵۵	۰,۴۳۵	۰,۴۹	۰,۵۴۵	۰,۶	۰,۶۵۵	۰,۷۱	۰,۷۶۵

مقدار	تاریخ
۰,۶۵	۱۴۰۲/۰۹/۲۰
۰,۵۸	۱۴۰۲/۰۹/۲۳
۰,۵۶	۱۴۰۲/۰۹/۲۷
۰,۵۳۷	۱۴۰۲/۰۹/۲۸

مقدار	تاریخ
۰,۵۶۸	۱۴۰۲/۰۹/۰۷
۰,۵۶۸	۱۴۰۲/۰۹/۰۸
۰,۶	۱۴۰۲/۰۹/۰۹
۰,۵۷۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۴
۰,۵۳۹	۱۴۰۲/۰۹/۱۸

مقدار	تاریخ
۰,۵۸۵	۱۴۰۲/۰۹/۰۱
۰,۵۸۵	۱۴۰۲/۰۹/۰۲
۰,۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۰,۶۰۸	۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۰,۵۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۶

CV%: 7.348	SD: 0.043	Mean: 0.587
------------	-----------	-------------

