

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

biorad II : عنوان کنترل :
شروع کنترل
۱۳۹۹/۰۵/۲۵:

سری ساخت : ۴۰۲۸۲

Estriol (Free)-CLIA : عنوان آزمایش :
siemens : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₂ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₂
۴.۵۹۲	۰.۲۰۷	۳.۸۸۶	۴.۰۹۳	۴.۳	۴.۵۰۷	۴.۷۱۴	۴.۹۲۱	۵.۱۲۸

مقدار	تاریخ
۴.۵	۱۳۹۹/۱۰/۲۲
۴.۵	۱۳۹۹/۱۰/۲۴
۴.۴۸	۱۳۹۹/۱۰/۲۵
۴.۴۷	۱۳۹۹/۱۰/۲۷
۴.۶	۱۳۹۹/۱۰/۲۹
۴.۷	۱۳۹۹/۱۰/۳۰

مقدار	تاریخ
۴.۳۹	۱۳۹۹/۱۰/۱۱
۴.۴۳	۱۳۹۹/۱۰/۱۳
۴.۵	۱۳۹۹/۱۰/۱۴
۴.۸	۱۳۹۹/۱۰/۱۵
۴.۵	۱۳۹۹/۱۰/۱۶
۴.۳	۱۳۹۹/۱۰/۱۸
۴.۲	۱۳۹۹/۱۰/۲۰
۴.۴۴	۱۳۹۹/۱۰/۲۱

مقدار	تاریخ
۴.۸	۱۳۹۹/۱۰/۰۲
۴.۵	۱۳۹۹/۱۰/۰۳
۴.۵	۱۳۹۹/۱۰/۰۴
۴.۸	۱۳۹۹/۱۰/۰۶
۴.۴	۱۳۹۹/۱۰/۰۷
۴.۴۷	۱۳۹۹/۱۰/۰۸
۴.۹۶	۱۳۹۹/۱۰/۰۹
۴.۸	۱۳۹۹/۱۰/۱۰

CV%: 4.115	SD: 0.187	Mean: 4.547
------------	-----------	-------------