

عنوان کنترل : abbot-I

شروع کنترل : ۱۴۰۰/۰۹/۱۸

سری ساخت : ۳۴۳۱۲۲۰۱

عنوان آزمایش : Free PSA

عنوان دستگاه : abbot

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۶.۵۵۲	۰.۰۱۳	۰.۱۵۲	۰.۱۶۵	۰.۱۷۸	۰.۱۹۱	۰.۲۰۴	۰.۲۱۷	۰.۲۳

مقدار	تاریخ
۰.۱۸۷	۱۴۰۰/۱۱/۱۱
۰.۱۸۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۲
۰.۱۹۸	۱۴۰۰/۱۱/۱۳

مقدار	تاریخ
۰.۱۷۷	۱۴۰۰/۱۱/۰۶
۰.۱۸۶	۱۴۰۰/۱۱/۰۷
۰.۱۸	۱۴۰۰/۱۱/۰۹
۰.۲۱۵	۱۴۰۰/۱۱/۱۰

مقدار	تاریخ
۰.۱۸۱	۱۴۰۰/۱۱/۰۲
۰.۱۹۲	۱۴۰۰/۱۱/۰۳
۰.۱۸۳	۱۴۰۰/۱۱/۰۴
۰.۲۱۶	۱۴۰۰/۱۱/۰۵

CV%: 6.968	SD: 0.013	Mean: 0.191
------------	-----------	-------------

