

عنوان کنترل : abbott-I
شروع کنترل
۱۴۰۰/۰۲/۰۱:

سری ساخت : ۳۳۴۰۲۲۰۱

عنوان آزمایش : Free PSA -CLIA
عنوان دستگاه : abbott

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۴.۷	۰.۰۴	۰.۲۷۷	۰.۳۱۷	۰.۳۵۷	۰.۳۹۷	۰.۴۳۷	۰.۴۷۷	۰.۵۱۷

مقدار	تاریخ
۰.۳۸۴	۱۴۰۰/۰۲/۲۵
۰.۳۸۲	۱۴۰۰/۰۲/۲۶
۰.۳۸۶	۱۴۰۰/۰۲/۲۷
۰.۳۸۵	۱۴۰۰/۰۲/۲۸
۰.۳۸۱	۱۴۰۰/۰۲/۲۹
۰.۳۷۴	۱۴۰۰/۰۲/۳۰

مقدار	تاریخ
۰.۳۸۸	۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۰.۳۸۵	۱۴۰۰/۰۲/۱۳
۰.۳۹۶	۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۰.۳۹	۱۴۰۰/۰۲/۱۶
۰.۳۸۴	۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۰.۳۹۹	۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۰.۴	۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۰.۳۸۹	۱۴۰۰/۰۲/۲۱
۰.۳۸۷	۱۴۰۰/۰۲/۲۲

مقدار	تاریخ
۰.۳۸۷	۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۰.۳۷۵	۱۴۰۰/۰۲/۰۲
۰.۳۹	۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۰.۳۶	۱۴۰۰/۰۲/۰۵
۰.۳۸۹	۱۴۰۰/۰۲/۰۶
۰.۳۹۱	۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۰.۳۹۸	۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۰.۳۸۲	۱۴۰۰/۰۲/۰۹
۰.۴۰۳	۱۴۰۰/۰۲/۱۱

CV%: 2.391	SD: 0.009	Mean: 0.387
------------	-----------	-------------

