

عنوان کنترل : abbot-I
شروع کنترل
۱۴۰۰/۰۲/۰۱:

سری ساخت : ۳۳۴۰۲۲۰۱

عنوان آزمایش : Free PSA -CLIA
عنوان دستگاه : abbot

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۲.۳۹۱	۰.۰۰۰۹	۰.۳۶	۰.۳۶۹	۰.۳۷۸	۰.۳۸۷	۰.۳۹۶	۰.۴۰۵	۰.۴۱۴

مقدار	تاریخ
۰.۴۰۴	۱۴۰۰/۰۳/۲۵
۰.۳۸۷	۱۴۰۰/۰۳/۲۶
۰.۳۹۲	۱۴۰۰/۰۳/۲۷
۰.۳۸۱	۱۴۰۰/۰۳/۲۹
۰.۳۹۳	۱۴۰۰/۰۳/۳۰
۰.۳۷۵	۱۴۰۰/۰۳/۳۱

مقدار	تاریخ
۰.۳۸۹	۱۴۰۰/۰۳/۱۱
۰.۳۹۱	۱۴۰۰/۰۳/۱۲
۰.۳۸۶	۱۴۰۰/۰۳/۱۳
۰.۴	۱۴۰۰/۰۳/۱۷
۰.۳۸۳	۱۴۰۰/۰۳/۱۸
۰.۳۸۴	۱۴۰۰/۰۳/۱۹
۰.۳۹	۱۴۰۰/۰۳/۳۰
۰.۳۸	۱۴۰۰/۰۳/۳۲
۰.۴	۱۴۰۰/۰۳/۳۴

مقدار	تاریخ
۰.۳۹۱	۱۴۰۰/۰۳/۰۱
۰.۴	۱۴۰۰/۰۳/۰۲
۰.۳۹۹	۱۴۰۰/۰۳/۰۳
۰.۳۷۹	۱۴۰۰/۰۳/۰۴
۰.۳۸۵	۱۴۰۰/۰۳/۰۵
۰.۳۷۲	۱۴۰۰/۰۳/۰۶
۰.۳۸۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۸
۰.۳۸۵	۱۴۰۰/۰۳/۰۹
۰.۳۸۶	۱۴۰۰/۰۳/۱۰

CV%: 2.119	SD: 0.008	Mean: 0.388
------------	-----------	-------------

