

عنوان کنترل : abbott-I
شروع کنترل
۱۴۰۰/۰۲/۰۱:

سری ساخت : ۳۳۴۰۲۲۰۱

عنوان آزمایش : Free PSA -CLIA
عنوان دستگاه : abbott

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۲.۴۹۴	۰.۰۱	۰.۲۵۸	۰.۳۶۸	۰.۳۷۸	۰.۳۸۸	۰.۳۹۸	۰.۴۰۸	۰.۴۱۸

مقدار	تاریخ
۰.۳۷۴	۱۴۰۰/۰۵/۲۳
۰.۳۸	۱۴۰۰/۰۵/۲۴
۰.۴	۱۴۰۰/۰۵/۲۵
۰.۳۸	۱۴۰۰/۰۵/۲۶
۰.۳۸۵	۱۴۰۰/۰۵/۳۰
۰.۳۹۴	۱۴۰۰/۰۵/۳۱

مقدار	تاریخ
۰.۳۸۳	۱۴۰۰/۰۵/۱۳
۰.۳۷۵	۱۴۰۰/۰۵/۱۴
۰.۳۶۹	۱۴۰۰/۰۵/۱۶
۰.۳۷۹	۱۴۰۰/۰۵/۱۷
۰.۳۸۱	۱۴۰۰/۰۵/۱۸
۰.۳۷۷	۱۴۰۰/۰۵/۱۹
۰.۳۹۴	۱۴۰۰/۰۵/۳۰
۰.۳۷۶	۱۴۰۰/۰۵/۳۱

مقدار	تاریخ
۰.۳۶۸	۱۴۰۰/۰۵/۰۲
۰.۳۹۹	۱۴۰۰/۰۵/۰۳
۰.۳۹۶	۱۴۰۰/۰۵/۰۴
۰.۴	۱۴۰۰/۰۵/۰۶
۰.۳۹۱	۱۴۰۰/۰۵/۰۹
۰.۳۸۳	۱۴۰۰/۰۵/۱۰
۰.۳۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۱
۰.۳۶۹	۱۴۰۰/۰۵/۱۲

CV%: 2.673	SD: 0.01	Mean: 0.383
------------	----------	-------------

