

عنوان کنترل : abbot-I  
شروع کنترل  
۱۴۰۰/۰۲/۰۱:

سری ساخت : ۳۳۴۰۲۲۰۱

عنوان آزمایش : Free PSA -CLIA  
عنوان دستگاه : abbot

%CV	SD	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۲</sup>
۲.۷۷۲	۰.۰۱۱	۰.۲۵۳	۰.۳۶۴	۰.۳۷۵	۰.۳۸۶	۰.۳۹۷	۰.۴۰۸	۰.۴۱۹

مقدار	تاریخ
۰.۳۶۶	۱۴۰۰/۰۶/۲۴
۰.۳۷۹	۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۰.۳۸۹	۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۰.۳۷۳	۱۴۰۰/۰۶/۲۸
۰.۳۹۱	۱۴۰۰/۰۶/۲۹
۰.۳۷۸	۱۴۰۰/۰۶/۳۰
۰.۳۶۸	۱۴۰۰/۰۶/۳۱

مقدار	تاریخ
۰.۳۶۵	۱۴۰۰/۰۶/۱۳
۰.۳۷۸	۱۴۰۰/۰۶/۱۴
۰.۳۸۶	۱۴۰۰/۰۶/۱۵
۰.۳۷۵	۱۴۰۰/۰۶/۱۶
۰.۳۷۳	۱۴۰۰/۰۶/۱۷
۰.۳۸۷	۱۴۰۰/۰۶/۱۸
۰.۳۷	۱۴۰۰/۰۶/۲۰
۰.۳۷۹	۱۴۰۰/۰۶/۲۱
۰.۳۶۹	۱۴۰۰/۰۶/۲۲
۰.۳۷۴	۱۴۰۰/۰۶/۲۳

مقدار	تاریخ
۰.۳۷۱	۱۴۰۰/۰۶/۰۱
۰.۳۶۹	۱۴۰۰/۰۶/۰۲
۰.۳۷۶	۱۴۰۰/۰۶/۰۳
۰.۳۸۴	۱۴۰۰/۰۶/۰۴
۰.۳۷۵	۱۴۰۰/۰۶/۰۶
۰.۳۸۷	۱۴۰۰/۰۶/۰۷
۰.۳۶۹	۱۴۰۰/۰۶/۰۸
۰.۳۷	۱۴۰۰/۰۶/۰۹
۰.۳۷۶	۱۴۰۰/۰۶/۱۰
۰.۳۶۹	۱۴۰۰/۰۶/۱۱

CV%: 1.971	SD: 0.007	Mean: 0.376
------------	-----------	-------------

