

عنوان کنترل : abbott-I  
شروع کنترل  
۱۴۰۰/۰۲/۰۱:

سری ساخت : ۳۳۴۰۲۲۰۱

عنوان آزمایش : Free PSA -CLIA  
عنوان دستگاه : abbott

%CV	SD	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۲</sup>
۲.۱۰۷	۰.۰۰۸	۰.۲۵۳	۰.۲۶۱	۰.۲۶۹	۰.۳۷۷	۰.۲۸۵	۰.۳۹۳	۰.۴۰۱

مقدار	تاریخ
۰.۳۷	۱۴۰۰/۰۷/۲۴
۰.۳۸۸	۱۴۰۰/۰۷/۲۵
۰.۳۷۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۶
۰.۳۸۱	۱۴۰۰/۰۷/۲۷
۰.۳۷۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۰.۳۸۱	۱۴۰۰/۰۷/۲۹

مقدار	تاریخ
۰.۳۸۱	۱۴۰۰/۰۷/۱۲
۰.۳۸۶	۱۴۰۰/۰۷/۱۴
۰.۳۷۲	۱۴۰۰/۰۷/۱۷
۰.۳۶۸	۱۴۰۰/۰۷/۱۸
۰.۳۶۵	۱۴۰۰/۰۷/۱۹
۰.۳۹۱	۱۴۰۰/۰۷/۲۰
۰.۳۹	۱۴۰۰/۰۷/۲۱
۰.۳۸۴	۱۴۰۰/۰۷/۲۲

مقدار	تاریخ
۰.۳۸	۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۰.۳۷۳	۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۰.۳۶۳	۱۴۰۰/۰۷/۰۴
۰.۳۸۴	۱۴۰۰/۰۷/۰۶
۰.۳۸۶	۱۴۰۰/۰۷/۰۷
۰.۳۷	۱۴۰۰/۰۷/۰۸
۰.۳۶۶	۱۴۰۰/۰۷/۱۰
۰.۳۷	۱۴۰۰/۰۷/۱۱

CV%: 2.27	SD: 0.009	Mean: 0.377
-----------	-----------	-------------

