

عنوان کنترل : abbot-III  
شروع کنترل  
۱۴۰۰/۰۲/۰۱:

سری ساخت : ۳۳۴۰۲۲۰۳

عنوان آزمایش : Free PSA -CLIA  
عنوان دستگاه : abbot

%CV	SD	SD <sub>2</sub> -	SD <sub>1</sub> -	MEAN	SD <sub>1</sub>	SD <sub>2</sub>	SD <sub>2</sub>
۳.۳۶۹	۰.۶۲۹	۱۶.۷۸	۱۷.۴۰۹	۱۸.۰۳۸	۱۸.۶۶۷	۱۹.۲۹۶	۱۹.۹۲۵

مقدار	تاریخ
۱۷.۶	۱۴۰۰/۰۸/۲۳
۱۸.۲	۱۴۰۰/۰۸/۲۴
۱۷.۶	۱۴۰۰/۰۸/۲۵
۱۸.۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۶
۱۸.۵	۱۴۰۰/۰۸/۲۷
۱۸.۸	۱۴۰۰/۰۸/۲۹
۱۷.۵	۱۴۰۰/۰۸/۳۰

مقدار	تاریخ
۱۸.۲	۱۴۰۰/۰۸/۱۲
۱۹.۸	۱۴۰۰/۰۸/۱۳
۱۹.۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۵
۱۸.۹	۱۴۰۰/۰۸/۱۶
۱۹.۴	۱۴۰۰/۰۸/۱۷
۱۸.۷	۱۴۰۰/۰۸/۱۸
۱۸.۱	۱۴۰۰/۰۸/۱۹
۱۷.۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰
۱۷.۸	۱۴۰۰/۰۸/۲۲

مقدار	تاریخ
۱۸.۷	۱۴۰۰/۰۸/۰۱
۱۷.۶	۱۴۰۰/۰۸/۰۳
۱۸.۴	۱۴۰۰/۰۸/۰۴
۱۸.۷	۱۴۰۰/۰۸/۰۵
۱۷.۷	۱۴۰۰/۰۸/۰۶
۱۹.۱	۱۴۰۰/۰۸/۰۸
۱۷.۷	۱۴۰۰/۰۸/۰۹
۱۹	۱۴۰۰/۰۸/۱۰
۱۹.۳	۱۴۰۰/۰۸/۱۱

CV%: 3.717	SD: 0.686	Mean: 18.448
------------	-----------	--------------

